



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.BH02.B.00029

Серия RU № 0325856

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11; фактический адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»
Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12
ОГРН: 1026600667873; телефон/факс +7(343) 351-05-07; e-mail: market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»
Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

ПРОДУКЦИЯ

Взрывозащищенный прибор «Ех-ТЕСТ»
Технические условия ТУ 4371-012-43082497-06
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9032 10 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 15.2050 от 10.08.2015
ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ RA.RU.21ИП09 от 22.07.15)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 15.08.2014
3. Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК55.К00049 до 12.12.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с ТУ 4371-012-43082497-06.
Сертификат действителен с Ех-приложением на четырёх листах и с Приложением на бланке № 0234822.
Схема сертификации 1с


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2015 ПО 23.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Г.Е. Епихина
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Н.Ю. Мирошникова
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.VN02.B.00029

Серия RU № 0234822

Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на взрывозащищенный прибор «Ех-ТЕСТ». В состав прибора «Ех-ТЕСТ» входят: контрольно-нагревательная головка КНГ-103 и электронный блок управления и контроля. Прибор «Ех-ТЕСТ» выполнен в виде переносного устройства с автономным источником питания. В комплект прибора входят сетевой шнур для зарядки аккумуляторной батареи, алюминиевый кейс для переноски устройства, вкладыш КНГ-101 для контрольно-нагревательной головки КНГ-103 и ремень.

Обеспечение взрывозащиты

Прибор «Ех-ТЕСТ» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 22782.3-77. Взрывозащищенному прибору «Ех-ТЕСТ» установлена маркировка взрывозащиты 1Exs[ib]IICT3 X.

Условия применения

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:

- замена и зарядка аккумуляторной батареи прибора «Ех-ТЕСТ» должны выполняться вне взрывоопасной зоны;
- температура нагрева поверхности контрольно-нагревательной головки КНГ не должна превышать значений, установленных ГОСТ 30852.0-2002 для электрооборудования температурного класса Т3;
- электрическое соединение контрольно-нагревательной головки КНГ-103 с электронным блоком управления и контроля прибора «Ех-ТЕСТ» выполнено неразъемным.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

Н.Ю. Мирошникова

(инициалы, фамилия)